

# SECU-cal 10

## Kalibrieradapter

### für Prüfgeräte nach DIN VDE 0701-0702/IEC 62353 (VDE 0751)

3-349-599-01  
2/2.15

Mit dem Adapter können folgende Messgrößen kalibriert werden:

- Isolationswiderstand
- Ersatzableitstrom
- Differenzstrom
- Berührungsstrom
- Schutzleiterwiderstand (Prüfstrom max. 1A)



## Anwendung

Der Adapter ist zum Überprüfen von Prüfgeräten nach DIN VDE 0701-0702 und IEC 62353 (VDE 0751) auf deren Messsicherheit hin bestimmt. Gemäß den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) und bei einer Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard ISO 9000 sind diese Prüfgeräte in der Regel einmal jährlich zu überprüfen.

Es sind dabei alle Messbereiche für die geforderten Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Differenz- und/oder Berührungsstrom zu überprüfen.

Verwendbar für folgende Geräte:

Name	Beschreibung
METRATESTER 5+	Prüfgerät für DIN VDE 0701-0702
SECUSTAR FM+	Modulares Mess- und Prüfsystem
METRATESTER 5+3P	Prüfkoffer für 1- und 3phasige Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702
MINITEST PRO	Prüfgerät für DIN VDE 0701-0702
SECUTEST SIII+	Prüfgerät für DGUV Vorschrift 3 und MPG, sowie Stück- und Typprüfungen
MINITEST MASTER	Prüfgerät für DIN VDE 0701-0702 mit Datenspeicher
MINITEST 3P MASTER	Prüfgerät für DIN VDE 0701-0702 mit CEE-Steckdosen
SECLIFE SB	Prüfsystem für medizinische Geräte nach MPG mit integrierter Datenbank
SECLIFE ST	Multifunktionelles Prüfgerät für medizinische Geräte
SECLIFE SR	Sicherheitstester für medizinische Geräte
SECUTEST S2N+	Prüfgerät für DGUV Vorschrift 3 und MPG

## Angewandte Vorschriften und Normen

IEC 61010-1/EN 61010-1/ VDE 0411-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Allgemeine Anforderungen
EN 60529 VDE 0470 Teil 1	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
DIN EN 61326-1 VDE 0843-20-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

## Technische Kennwerte

<b>Maximale Spannung</b>	bei Messung von	600 V DC
	Isolationswiderstand:	
	Ersatzableitstrom/ Ersatzgeräteableitstrom:	250 V AC
	Ersatzpatientenableitstrom: Ableitstrom:	250 V AC 250 V AC
<b>Maximaler Strom</b>	bei Messung von	1 A DC/AC <sub>eff</sub>
	Schutzleiterwiderstand:	
	Isolationswiderstand Ersatzableitstrom	2 mA 3,5 mA AC <sub>eff</sub>
<b>Frequenz AC</b>	50 Hz ... 60 Hz, sinusförmig	

# SECU-cal10

## Kalibrieradapter

### für Prüfgeräte nach DIN VDE 0701-0702/IEC 62353 (VDE 0751)

#### Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur 0 °C ... +40 °C  
Lagertemperatur -20 °C ... +60 °C

#### Elektrische Sicherheit

Schutzklasse I nach IEC 61010-1  
Arbeitsspannung 300 V  
Messkategorie I bei Isolationswiderstandsmessung  
II bei den übrigen Messungen  
Verschmutzungsgrad 2

#### Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

EMV IEC/EN 61326

#### Mechanischer Aufbau

Schutzart Gehäuse IP 40  
Anschlüsse IP 20

Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
2	≥ 12,5 mm Ø	0	nicht geschützt
4	≥ 1,0 mm Ø	0	nicht geschützt

Abmessungen 125 mm x 66 mm x 41 mm  
Gewicht ca. 0,26 kg mit Batterien

#### Lieferumfang

1 SECU-cal 10  
1 Bedienungsanleitung

#### Bestellangaben

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
Kalibrieradapter	SECU-cal 10	Z715A

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie

- im Katalog Mess- und Prüftechnik
- im Internet unter: [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)